Meeting your specific clinical needs.



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

Tri-Ex® Multiple Size Extraction Balloon は細かな臨床的ニーズに対応するため、8.5 mm、12 mm、15 mm の 3 段階のバルーン拡張が可能です。またトリプルルーメンであるため、結石摘出の際に 0.035 インチガイドワイヤを挿入したまま、造影剤を注入することができます。高度な治療をサポートする Tri-Ex® Multiple Size Extraction Balloon をこれからの結石摘出術に是非お役立てください。

COOK® MEDICAL



Tri-Ex®

MULTIPLE SIZE EXTRACTION BALLOON

胆管結石の経内視鏡的除去に使用します。

- シリンジの表示マークにより、臨床的ニーズに応じてバルーンを 8.5 mm、12 mm または 15 mm に拡張可能
- トリプルルーメンのため、ガイドワイヤを挿入したまま造影剤の注入が可能
- 造影位置はバルーンの上方用と下方用の 2 種類をラインナップ
- X 線不透過性カテーテルにより、X 線透視下における視認性を確保
- X 線不透過性マーカがバルーンの X 線透視下での視認性を確保
- バルーンが乳頭にさしかかるタイミングを内視鏡下で視認できる黒色のエッチングマーク

グローバル製品番号	カタログ番号	カテーテル径 Fr	カテーテル全長 cm	バルーン径 mm	ガイドワイヤ径 inch	インジェクションポート	最小適合鉗子チャンネル mm
G26856	TXR-8.5-12-15-A	7-5	200	8.5 12 15	0.035	上方造影バルーン	2.8
G26857	TXR-8.5-12-15-B	7-5	200	8.5 12 15	0.035	下方造影バルーン	2.8

***注意：**本製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。*

販売名：COOKエクストラクションバルーンカテーテル-2
認証番号：230AABZX00086000

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service
Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

© COOK 04/2020 ESC-D45938-JA-FL-CMJ